



Č. j./Sp. zn./Typ
MD-2415/2024-150/3
MD/2415/2024/150

OSVĚDČENÍ

o schválení změny číslování SW přístrojů AVL pro měření emisí ve stanicích měření emisí, ve stanicích technických kontrol a při technických silničních kontrolách

Ministerstvo dopravy v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a podle § 16 odst. 7 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, v pozdějším znění,

s c h v a l u j e

změnu číslování SW přístrojů AVL pro měření emisí výfukových plynů vozidel se vznětovými a zážehovými motory ve stanicích měření emisí, ve stanicích technických kontrol a při technických silničních kontrolách na území České republiky,

Řídící SW, verze : **AVL, DSS V2.5.x a V3.0.x**

Určeno pro přístroje:

Analyzátoři: **AVL DiTEST GAS 480 (sestavy DiX)**
AVL DiTEST GAS 1000 (sestavy CDS / MDS)
AVL DiTEST GAS 1000 / model 2301 (sestavy CDS / MDS)

Kouřoměry: **AVL DiSmoke 480 (sestavy DiX, CDS, MDS)**
AVL DiSmoke 480 BT (sestavy DiX, CDS, MDS)
AVL DiSmoke 480 / DiSmoke 480 BT v sestavě CDS / MDS

Výrobce a nositel osvědčení: **AVL DiTEST GmbH**

Alte Poststrasse 156

A-8020 Graz, Rakousko

Platnost osvědčení: **Osvědčení pozbývá platnosti v případě změny předpisů nebo technických požadavků, podle kterých bylo toto osvědčení vydáno.**

Změna se týká vydaných osvědčení č. j. MD-17281/2021-150/72 ze dne 9. prosince 2021, MD-17281/2021-150/73 ze dne 9. prosince 2021, MD-17281/2021-150/74 ze dne 10. prosince 2021.

Zkušební protokoly: **411063 – 21 – TAC, 411062 – 21 – TAC, 411064 – 21 – TAC**

V Praze dne 7. února 2024

- otisk úředního razítka -

Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milena Holcrová

Rozdělovník:

– AVL DiTEST GmbH

– spis